関係各位

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院
契約担当者
院長　大内 尉義

入札の実施通知書

標記のことについて、下記により入札を行ないますのでお知らせいたします。

記

1. 契約の目的
   医療器具器械　（　　電動式骨手術装置　<手術室 CE 管理科>　　一式　）の購入

2. 入札説明会の日時及び場所
   2014 年 3 月 3 日（月）　　午前 9 時 30 分　　（場所：本院　用度課）

3. 入札執行の日時及び場所
   2014 年 3 月 10 日（月）　　午前 9 時 30 分　　（場所：本院　用度課）

4. 入札保証金及び契約保証金
   全額免除

5. 入札参加資格
   下記の条件を全て満たす業者であること
   ①当院所定の入札資格参加申込手続きを行い、審査結果通知書を当院から受理している業者。又は全省庁統一資格審査の結果通知書を受理している業者
   ②当院もしくは省庁に納入実績がある業者
   ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。(契約時に誓約書を提出すること。)

6. その他
   入札書は別掲の仕様書の内容に合致した品目に関して作成のこと
   入札書と委任状は説明会にてのみ配布する
   質疑応答については、説明会 3 日前までに質問を FAX していただき、説明会にて回答する
   FAX　03-3560-7776　第 1 係入札担当者迄

（担当：用度課第 1 係）

仕 様 書

1. 件名

電動式骨手術装置

2. 使用目的

- 下垂体手術における軟部組織および骨組織の切除

3. 構成

1 電動式骨手術装置本体
2 フットスイッチ
3 専用カート
4 モーター ×2
5 ハンドピース ×2
6 ホルダー3 種 ×8
7 シャフト ストレート×4
8 シャフト カーブ ×4
9 ハーフバスケット
10 滅菌コンテナ類

4. 性能及び能力

① ハンドピース

1 シャフトの先端は、3.6mm以下のテーパー型で視野を確保できること。
2 バーのオーバーハングは固定式で、バー先端のブレを抑制してあること。
3 バーの接続固定はワンアクションであること。
4 視野を、確保する為にシャフト位置が、持ち手に対してハンドピース中心より上方向にあること。

②本体

1 コントロールパネルは、タッチスクリーンでおこなえ、容易であること。
2 手術に適した設定(回転数、イリゲーション流量等)の情報が表示できること。
3 イリゲーション流量に間欠モードが 5 段階あること。

③ フットスイッチ

1 回転数、イリゲーション流量の調整が可能であること。

5. .その他

1 滅菌物が、洗浄消毒器で、自動洗浄できること。
2 調達品の取扱説明書は日本語で 1 部提出できること。
3 調達機器は、納入後においても装置に必要な消耗品及び故障時等に対して部品の安定した供給が確保されていること。
4 指定した場所に設置し、その際は搬入、調整等が実施できること。

以上